

Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct) - Manuel

Hématologie - Banque de sang Année 2024

DAT-24

CAP

Catalog and Ordering Information | College of American Pathologists

Fréquence :	2 X par an
Type d'entités et volume :	3 Tubes, 2 ml
Analyses demandées :	Test direct à l'antiglobuline (test de Coombs direct polyspécifique ou monospécifique) par technique manuelle en gel ou en tube.
Matrices :	Suspension érythrocytaire 3%
Analytes évalués :	Test direct à l'antiglobuline - Manuel
Type de résultats évalués :	Qualitatifs
Objectifs du sous-programme :	Évaluer la performance des participants lorsqu'ils effectuent un test direct à l'antiglobuline (test de Coombs direct polyspécifique ou monospécifique) de manière manuelle.
Détermination des valeurs assignées :	Valeurs consensuelles provenant des participants.

Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :

Paramètres analytiques	Principes analytiques
10032 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en tube) (manuelle)	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée
10034 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en gel) (manuelle)	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée

Calendrier 2024

Campagne	Ouverture	Fermeture
A	2024-02-19	2024-03-12
Campagne	Ouverture	Fermeture
B	2024-10-07	2024-10-29

Date d'approbation : 2023-09-28