Réticulocytes (Sysmex, Mindray)

Hématologie - Banque de sang Année 2025

RETD432-25

Oneworld Accuracy ISO/IEC 17043:2010

Oneworld Accuracy

Fréquence : 3 X par an **Type d'entités et volume :** 2 Tubes, 3 ml

Analyses demandées : Décompte de réticulocytes sur automate de type Sysmex, Mindray.

Matrices: Sang total simulé

Analytes évalués : Numération érythrocytaire | Décompte de réticulocytes | Hémoglobine

réticulocytaire (RET-He) | Réticulocytes % | Fraction de réticulocytes immatures

(IRF)

2025-06-25

Type de résultats évalués : Quantitatifs

Objectifs du sous-programme : Évaluer la performance des participants à effectuer un décompte de réticulocytes

automatisé.

Spécifications : Compatible avec :

Mindray BC-6000/6200/6600/6800

Sysmex XE 2100/5000, série XN, Série XNL et XT-2000i / 4000i

Maccura F810/880

Pour les appareils de type Beckman Coulter, voir RETC432.

Détermination des valeurs assignées :

Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts:

Valeurs consensuelles provenant des participants.

Paramètres analytiques	Principes analytiques
20470 - Réticulocytes (automatisé)	Cytométrie en flux Impédancemétrie

2025-07-16

Calendrier 2025

2

Campagne	Ouverture	Fermeture
1	2025-03-26	2025-04-16
Campagne	Ouverture	Fermeture

2025-07-30 Page 1 de 2

APTITUDE - INSPQ

Campagne	Ouverture	Fermeture
3	2025-09-24	2025-10-15

Date d'approbation : 2024-09-27

2025-07-30 Page 2 de 2