

Réticulocytes (Beckman Coulter)

Hématologie - Banque de sang Année 2025

RETC432-25

Oneworld Accuracy ISO/IEC 17043:2010

Oneworld Accuracy

Fréquence :	3 X par an
Type d'entités et volume :	2 Tubes, 4 ml
Analyses demandées :	Décompte de réticulocytes sur automate de type Beckman Coulter.
Matrices :	Sang total simulé
Analytes évalués :	Numération érythrocytaire Décompte de réticulocytes Réticulocytes % Fraction de réticulocytes immatures (IRF)
Type de résultats évalués :	Quantitatifs
Objectifs du sous-programme :	Évaluer la performance des participants lorsqu'ils effectuent un décompte de réticulocytes automatisé.
Spécifications :	Compatible avec: <ul style="list-style-type: none"> Beckman Coulter GENS et séries LH, DxH 600/700/800/900 Siemens ADVIA 120/2120/2120i Non compatible avec: <ul style="list-style-type: none"> Beckman Coulter DxH 500

Pour les appareils de type Sysmex, voir RETD432.

Détermination des valeurs assignées : Valeurs consensuelles provenant des participants.

Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :

Paramètres analytiques	Principes analytiques
20470 - Réticulocytes (automatisé)	Cytométrie en flux Impédancemétrie

Calendrier 2025

Campagne	Ouverture	Fermeture
1	2025-03-26	2025-04-16
2	2025-06-25	2025-07-16

Campagne	Ouverture	Fermeture
3	2025-09-24	2025-10-15

Date d'approbation : 2024-09-27