

Réticulocytes (Sysmex, Mindray)

Mars 2024 : Le fournisseur a modifié les dates d'évaluation des campagnes 1 et 2.

Hématologie - Banque de sang Année 2024

RETD432-24

Oneworld Accuracy ISO/CEI 17043:2010

Oneworld Accuracy

Fréquence :	3 X par an
Type d'entités et volume :	2 Tubes, 3 ml
Analyses demandées :	Décompte de réticulocytes
Matrices :	Sang total simulé
Analytes évalués :	Numération érythrocytaire Décompte de réticulocytes Réticulocytes % Fraction de réticulocytes immatures (IRF) Hémoglobine réticulocytaire (RET-He)
Type de résultats évalués :	Quantitatifs
Objectifs du sous-programme :	Évaluer la performance des participants à effectuer un décompte de réticulocytes automatisé.
Spécifications :	<p>Compatible avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindray BC-6000/6200/6600/6800 ▪ Sysmex XE 2100/5000, série XN et XT-2000i / 4000i

Pour les appareils de type Beckman Coulter, voir RETC432.

Détermination des valeurs assignées : Valeurs consensuelles provenant des participants.

Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :

Paramètres analytiques	Principes analytiques
20470 - Réticulocytes (automatisé)	Cytométrie en flux Impédancemétrie

Calendrier 2024

Campagne	Ouverture	Fermeture
1	2024-05-22	2024-06-12
2	2024-06-26	2024-07-17

Campagne	Ouverture	Fermeture
3	2024-09-25	2024-10-16

Date d'approbation : 2023-09-27